



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HXYH16-JZ0593
Certificate No.

单位名称: 武汉世纪华胜科技有限公司
Name of Applicant

单位地址: 武汉市光谷大道303号芯中心文华楼305
Address

器具名称: 绝缘油微水含量测定仪
Name of Measuring Instruments

型号/规格: FS-YWS
Type/size

出厂编号: 201603BK611
Name of Applicant

制造单位: 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer

校准技术依据: 参照仪器说明书
Reference Documents for the Calibration

批准人: [Signature]
Authorized by

核验员: [Signature]
Inspector

校准员: [Signature]
Operator

校准日期: 2016 年 03 月 16 日
Issued Date Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市友谊南大街 175
电话 (Tel): 0311-88606665 (检测业务部)
0311-88606666 (客户服务中心)

邮编 (Post Code): 050051
传真 (Fax): 0311-88606665
E-mail: hbjl_ywb@163.com



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 HXYH16-JZ0593

校准机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。
本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

校准环境条件及地点:

温度	22℃	地点	石家庄市友谊南大街 175 号 B 座 A402
相对湿度	40%	其他	/

校准使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
纯水	100 μg	$U_{rel}=3\%$ $K=2$	/	2017-02



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement
证书编号 HXYH16-JZ0593

校准结果

- 一、漂移： 符合要求
- 二、示值误差： -1.5%
- 测量结果的不确定度： $U=4.5\% \quad k=2$
- 三、示值重复性： 2.1%

----- 以下空白 -----

- 提示：1. 该计量器具修理后，应立即校准。
2. 在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，应重新校准。
3. 根据客户要求或校准文件的规定，正常使用情况下 12 个月校准一次；如使用过于频繁或使用环境过于恶劣等，建议缩短校准间隔。
4. 未经本实验室书面批准，本证书不得部分复印。